

## Provtagningsutrustning för olje- och kemikalieindustrin

Uppdaterad 15-03-26

<b>Artikel Nr:</b>	<b>450.04</b>
<b>Artikel Namn:</b>	<b>Fatprovtagare 450 ml.</b>
<b>Material:</b>	Syrafast stål kvalitet SS 2343
<b>Funktion:</b>	Provtagning av genomsnitts-, nivå- eller bottenprov i fat eller IBC. Provtagaren består av ett rör med en bottenmutter och en toppmutter. I bottenmuttern finns ett koniskt hål och i toppmuttern två mindre hål. En stång löper genom hela provtagaren och avslutas nedtill med en konisk bottenplugg. Bottenpluggen öppnas genom att lyfta stången upp till på provtagaren. Luften i provtagaren pressas ut genom små hål i toppmuttern. Provtagen vätska töms till en flaska genom att lyfta stången. <b>För genomsnittspröv</b> , lyft stången med bottenventilen innan provtagaren sakta förs ned till botten på fatet varefter stången släpps och ventilen stängs. Provtagaren lyfts från fatet och provet töms i en flaska. <b>För nivåprov</b> , för ned provtagare till önskad nivå, lyft stången för att fylla provtagaren, stången släpps då provtagaren är fylld. Lyft provtagaren från fatet. Provet töms i en flaska. <b>För bottenprov</b> , för ned provtagare till botten, lyft stången för att fylla provtagaren, stången släpps då provtagaren är fylld. Lyft provtagaren från fatet. Provet töms i en flaska. Bottenprovet tas c:a 5 mm över botten.
<b>Höjd/bredd:</b>	1040/25 mm
<b>Vikt:</b>	2.700 gram
<b>Arbetsområde:</b>	Klarar provtagning av alla oljor samt flertalet kemikalier, syror och baser.
<b>Pris:</b>	5.670 SEK exkl. frakt och moms.

**Adress**

Carlsson Petroleum Engineering  
Gösta Carlsson  
Höggeröd 619  
SE-473 92 Henån  
Sverige

**Telefon/Mobil**

+46 (0)739 829721  
+46 (0)736 391949

**E-post kontakt/order**

gosta.carlsson@cpe.se

**Hemsida**

www.cpe.se

**Org. Nr**

450709-5414

**Vat reg nr**

SE-450709541401